

RESPOSTAS AS SUGESTÕES RECEBIDAS NA CONSULTA PÚBLICA Nº 004/2021

Respostas ao fornecedor PHILIPS:

ITEM 1 - Acataremos a inclusão do termo NOVO para evitar qualquer interpretação equivocada. Mas salientamos que até o momento, o HCPA não adquire equipamentos remanufaturados ou usados, mesmo que sejam atestados pelo fabricante.

ITEM 2.a - Não será acatada a sugestão, pois estativa de teto não atende ao projeto estrutural do ambiente de instalação.

ITENS 12 a 21 - Características Gerais - É possível a assinatura de termo de confidencialidade para as informações que são revestidas de sigilo industrial/propriedade intelectual.

Demais itens - Não há necessidade de aceitarmos as demais sugestões, pois não restringem a participação da Philips no certame, porém possuem potencial de restringir a participação de outros fornecedores que atenderiam os critérios técnicos estabelecidos pela equipe médica.

Respostas ao fornecedor SHIMADZU:

Distância fonte-detector com variação de 25 cm - Não será acatada pois causa prejuízo aos pacientes com maiores espessuras e à proteção Radiológica quando diminui a distância do paciente em relação à fonte de radiação.

Angulação do braço suporte "L" - Não será acatada a sugestão, pois estativa de teto não atende ao projeto estrutural do ambiente de instalação. Quanto à angulação de 90° será acatada a sugestão.

Corrente de 0,3 a 30 mA - Não será acatada pois causa prejuízo ao imageamento de paciente ou estruturas mais densas.

Capacidade térmica do anodo - 2,1 MHU - Não será acatada pois pode restringir o uso do equipamento em procedimentos críticos, característicos de um hospital escola.

Focos fino e grosso - Será acatada a sugestão de alteração.

Profundidade de 12 bits/pixel - esta característica afeta diretamente a qualidade da imagem, sendo que a maioria dos fabricantes já disponibilizam profundidade de 16 bits/pixel. Não será acatada a sugestão.

DSA com taxas de 0,1 a 15 frames/s - Não será acatada pois apenas restringe a participação de outros fornecedores que atendem a necessidade técnica para subtração digital. Considerando otimização da dose, sabe-se que quanto menor o número de quadros menor a dose em modo registro.

Sobreposição 3D (CT) - Não será acatada pois não atende a necessidade clínica do hospital.

Respostas ao fornecedor CANON:

ITEM 9.I.xvi. Planejamento de implante de endopróteses, com análise e medidas completas de vias de acesso com medidas de diâmetros, tortuosidades, entre outras; - Não acataremos a sugestão pois entendemos que não existe subjetividade na descrição.

ITEM 9.I.viii. Procedimentos cardíacos estruturais e implantes vasculares (TAVI) - Entendemos que a demanda corresponde a um software dedicado conforme descreve o item 9.I ("Pacotes de software para:").

ITEM 5.c.i - No modo radiográfico , no mínimo 20 mA a 800 mA - será acatada a sugestão.

ITEM 14.e - Certificado de adequação de blindagem do cabeçote (tubo de raios X) - Não será acatada a sugestão, pois o hospital necessita de certificado de adequação de blindagem do cabeçote (tubo de raios X), emitido pelo fabricante em condições de ensaio de fuga de cabeçote, conforme Instrução Normativa nº 91/2021-ANVISA. Essa é uma avaliação realizada obrigatoriamente pelo fabricante, em ambiente controlado, em conformidade com os documentos da ABNT NBR IEC.

ITEM 17. Não será acatada a sugestão, e o fornecedor deverá atestar a aptidão dos participantes, e fornecer treinamento que atenda a RDC 330/2019-ANVISA - Artigo 15: