

PEDIDO DE ALTERAÇÃO - ESTIMATIVA DE PREÇO - HOSPITAL DE CLÍNICAS - PORTO ALEGRE - RS - VL

Thyele Silva <thyele.silva@br.medical.canon>

30 de julho de 2021 11:05

Para: "pgodoy@hcpa.edu.br" <pgodoy@hcpa.edu.br>

Cc: contratos <contratos@br.medical.canon>, Matheus Correa <matheus.correa@br.medical.canon>, Ailton Queiroz <ailton.queiroz@br.medical.canon>, Thiago Ishihara <thiago.ishihara@br.medical.canon>, Concorrença <concorrenca@br.medical.canon>, Tacuya Yamamoto <tacuya.yamamoto@br.medical.canon>, Lais Torres de Araujo <lais.araujo@br.medical.canon>, cmb-projetos <cmb-projetos@br.medical.canon>, Camila Pagni <camila.pagni@br.medical.canon>, Alisson Nakahata <alisson.nakahata@br.medical.canon>, Mauricio Furtado <mauricio.furtado@br.medical.canon>, Patricia Milena Bernardy <patricia.bernardy@br.medical.canon>, Rafael Baratella <rafael.baratella@br.medical.canon>

Prezado,

Bom dia!

Peço desculpas pelo envio de retificações, devido a um problema técnico, o e-mail está sendo disparado antes da finalização. Considerar este documento.

Para que possamos atender à solicitação, informo que existem alterações à serem consideradas e suas justificativas.

Peço a gentileza de analisar conforme abaixo:

EQUIPAMENTO DE HEMODINAMICA

Onde se lê:

xvi. Planejamento de implante de endopróteses, com análise e medidas completas de vias de acesso com medidas de diâmetros, tortuosidades, entre outras;

Leia-se:

Software para auxílio de planejamento de implante de endopróteses com sobreposição de imagens

Justificativa:

Dentro do mercado de angiografia temos tecnologias sendo desenvolvidas por todas as fornecedoras de forma constante, como resultado temos muitas vezes softwares/tecnologias exclusivas de alguns fornecedores, o caso da Canon em diversas tecnologias. Tendo isso, tal alteração visa gerar uma equalização técnica entre os participantes, e evitar a possibilidade de uma análise subjetiva em relação a tal demanda. Além disso da nova forma descrita teremos a promoção da ampla concorrência, visto que a mesma essencial para participação da Canon Medical no certame.

Onde se lê:

viii. Procedimentos cardíacos estruturais e implantes vasculares (TAVI);

Questiona-se:

Com intuito de gerar uma maior compreensão do texto, e também evitar uma possível subjetividade técnica, gostaríamos de confirmar se demanda acima se refere a um **software dedicado** para o auxílio de Procedimentos cardíacos estruturais e implantes vasculares (TAVI), estamos corretos nessa interpretação?

Onde se lê:

No modo radiográfico, no mínimo, de 10 mA a 800 mA

Leia-se:

No modo radiográfico, no mínimo, de 20 mA a 800 mA

Justificativa:

A alteração solicitada baliza o texto para que diferentes fornecedores possam participar do certame, além é claro de se tratar de uma alteração mínima que não trará prejuízos clínicos, nem operacionais ao sistema. Reforçamos que além de promover a ampla concorrência, tal alteração é essencial para que a Canon Medical participe do certame.

Alterações - CARACTERÍSTICAS GERAIS (pág. 07 à 10):

14. Deverão acompanhar os equipamentos:

e. Certificado de adequação de blindagem do cabeçote (tubo de raios X), conforme Instrução Normativa nº 53/2019-ANVISA.

- De: Certificado de adequação de blindagem do cabeçote (tubo de raios X),
- Para: Manual de fabricação de tubo de raios X

Justificativa: Apenas um físico homologado pela Anvisa poderá certificar a blindagem sob a normativa 53/2019

16. Condições gerais de assistência técnica:

b. Deverá ser disponibilizado ao HCPA, sempre que solicitado, acesso aos sistemas e ferramentas de diagnóstico e manutenção do sistema. Este item deverá ser disponibilizado antes do treinamento técnico solicitado neste Termo de Referência.

- Alterar de: acesso aos sistemas e ferramentas de diagnóstico e manutenção do sistema
- Para: Acesso aos sistemas e ferramentas ao nível do usuário.

Justificativa: Não recomendado pela fabricante.

17. Fornecimento de treinamentos, sem ônus ao HCPA:

vi. Deverá ser apresentado um plano de capacitação descrevendo: objetivo, metodologia, carga horária, sistemática de avaliação e requisitos de aprovação do participante;

- Alterar DE: vi. Deverá ser apresentado um plano de capacitação descrevendo: objetivo, metodologia, carga horária, sistemática de avaliação e requisitos de aprovação do participante
- Para: vi. Deverá ser apresentado um plano de capacitação descrevendo: objetivo, metodologia e carga horária.

Justificativa: A Canon Medical do Brasil (CMB) não realiza avaliações sobre os funcionários de seus clientes. Consequentemente, a CMB não aprova e nem reprova os participantes do treinamento de aplicação.

Por gentileza, confirmar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Thyele Silva

Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitações
Avenida Ceci 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – BRASIL – CEP 06460-120
P (55 11) 4134-0135|
E thyele.silva@br.medical.canon | W_br.medical.canon

Canon

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

Made For Life

De: Paulo Cesar Cardoso Godoy [pgodoy <pgodoy@hcpa.edu.br>](mailto:pgodoy@hcpa.edu.br)

Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 09:44

Assunto: Consulta Pública - Equipamento para Angiografia digital para uso geral

Prezados,

Informo que já está disponível, no link <https://www.hcpa.edu.br/licitacoes-e-contratos-alias/consulta-publica>, a consulta pública do termo de referência para registro de preços

de angiógrafo digital.

Peço a gentileza de respeitarem o prazo previsto, garantindo a viabilização da licitação

dentro do ano fiscal de 2021.

At.te.

Engº Paulo César Cardoso Godoy

Chefe da Seção de Descrição e Parecer Técnico

Serviço de Engenharia Clínica - Coordenadoria de Engenharia e Manutenção

Fone: (51) 3359-7889



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



vidas fazendo mais pela vida

[PT] Mensagem para uso exclusivo do destinatário. Apague-a imediatamente se a recebeu por engano.

[EN] Message for exclusive use of the recipient. Erase it immediately if you received it by mistake.

[ES] Mensaje para el uso exclusivo del destinatario. Eliminar de inmediato si lo recibió por error.

