


QUADRO CONSULTA PÚBLICA 004/2021

ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIACIA	SUGESTÕES	JUSTIFICATIVAS
ITEM 1 - EQUIPAMENTO DE ANGIOGRAFIA DIGITAL PARA USO GERAL	EQUIPAMENTO NOVO DE ANGIOGRAFIA DIGITAL PARA USO GERAL	Assegurar que todos os competidores ofereçam equipamentos novos, impedindo equipamentos recondicionados
2.a.) . Estativa tipo chão,	Estativa tipo chão ou teto	Equipamentos de teto oferecem melhor mobilidade em sala e facilitam a higienização, minimizando contaminação.
8.a.) a. Detector plano com diagonal mínima de 41 cm e máxima de 50 cm;	a. Detector plano com diagonal mínima de 47cm e máxima de 50 cm	Garantir isonomia com oferta de detectores maiores, que apresentam maior matriz de resolução, entregando melhor qualidade de imagem.
9.d.)Painel de visualização de imagens interno a sala de exames, com capacidade de apresentar três imagens simultâneas (cada uma com diagonal mínima de 19"	Painel de visualização de imagens interno a sala de exames, com capacidade de apresentar seis imagens simultâneas (cada uma com diagonal mínima de 19"	Três imagens não atendem a demanda clínica em permitir uma visualizaçãor de imagens simultâneas (polígrafo, imagem ref 1 e 2, imagem em tempo real e softwares de escolha), além da possibilidade de integração com outros equipamentos.
9.e.) No mínimo, dois monitores para a sala de comando, com diagonal mínima de 19"	e. No mínimo, três monitores para a sala de comando, com diagonal mínima de 19" que permitam trabalho paralelo e independente entre salas cirúrgica e de comando, um para imagem escrava, outro para reconstrução e outro que permita trabalho paralelo e revisão de imagens.	Avanço tecnologico que permite que ocorram análises independentes sem pausar o exame que está acontecendo em sala operatória. Isso melhora o fluxo de trabalho e reduz o tempo em sala (produtividade)
9.l.iii. Realce de stent com detecção automática de marcadores do balão de angioplastia com	Software para visualização e posicionamento do stent em tempo real	Visualização em tempo real, aumenta a assertividade, reduz tempo de sala, contraste e a quantidade de radiação para médico/paciente.
9.l. xiii. Planejamento de tratamento endovascular tais como: embolização seletiva e quimioembolização de tumores;	Planejamento, visualização E análise dos vasos nutridores dos tumores para tratamento endovascular e quimioembolização	Assegurar uma configuração que apresente o software dedicado aos procedimentos de embolização, com maior assertividade e melhores resultados
Procedimentos cardíacos estruturais e implantes vasculares (TAVI);	Planejamento e implante em tempo real da válvula aórtica baseado em uma imagem tomografica, desta forma todos irão entregar softwares dedicado a TAVI	Desta forma garantimos que todos irão entregar softwares dedicado a TAVI

ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIACIA	SUGESTÕES	JUSTIFICATIVAS
11. f. Proteção radiológica fixada no teto, com equivalência não inferior a 0,5 mm de chumbo, composto por área em acrílico ou vidro com painéis flexíveis de borracha plumbífera com revestimento em PVC na parte inferior, fixação em moldura e foco com mínimo 30.000 Lux acoplado, ambos em braço articulado e em carro móvel com deslocamento longitudinal;	11. f. Proteção radiológica fixada no teto, com equivalência não inferior a 0,5 mm de chumbo, composto por área em acrílico ou vidro com painéis flexíveis de borracha plumbífera com revestimento em PVC na parte inferior, fixação em moldura e foco com mínimo 60.000 Lux acoplado, ambos em braço articulado e em carro móvel com deslocamento longitudinal;	Melhor luminosidade, com os avanços tecnológicos, hoje já existe a possibilidade do uso com maior quantidade de lux De led, com melhora no fluxo operacional.
Características Gerais - Itens 12 a 21	Assinatura de termo de confidencialidade	Algumas das exigências solicitadas no item "características gerais", tais como: treinamentos, manuais, mídias, controle de qualidade, etc., são revestidas de sigilo industrial, bem como de propriedade intelectual. Para o fornecimento de tais informações, é imprescindível a assinatura de termos de confidencialidade, emitidos pela fabricante. Isto posto, o presente esclarecimento possui o condão de dar ciência e pedir anuência quanto a assinaturas destes termos, visando a plena participação de uma das líderes de mercado no segmento.

Varginha, 10/08/2021


AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA
LICITAÇÕES
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS